

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG torna público:
ERRATA AO EDITAL DO PREGÃO N°. 015/2016 – RP 009/2016
PROCESSO LICITATÓRIO PRC N°. 023/2016

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADO AOS PACIENTES DO SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 2.716/95, DECRETO 668/95 DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO E APOIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG.

Modificação: Alteração de itens no Edital e data do Certame.

1ª MODIFICAÇÃO

Onde se lê:

“O valor global estimado para a contratação é de R\$ 5.100,00 (Cinco Mil e Cem Reais).”

Leia-se:

“O valor global estimado para a contratação é de R\$ 61.200,00 (Sessenta e Um Mil e Duzentos Reais).”

2ª MODIFICAÇÃO

Onde se lê:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	MARCA (Se houver)	VL UNIT.	VL. TOTAL
1	Locação de Concentradores de Oxigênio: - Alimentação: 120 V 60 HZ - Consumo Elétrico: 350 watts - Pureza de O ₂ (5 l/min): 93% (+/- 3%) - Capacidade: 0,5 a 5 litros/minuto - Pressão de Saída: 5,5 psi. - Peso: 14 a 25 kg. - Nível de ruído típico: 45 a 50 dba. - Nível de Alarme OPI: Baixo (82%) e Muito Baixo (70%); Composto por: - 1 (um) Cateter de 2 metros e 10 cm de silicone - 1 (um) Umidificador	UNID.	15			

Leia-se:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	MARCA (Se houver)	VL UNIT.	VL. TOTAL
1	Locação de Concentradores de Oxigênio: - Alimentação: 120 V 60 HZ - Consumo Elétrico: 350 watts - Pureza de O ₂ (5 l/min): 93% (+/- 3%) - Capacidade: 0,5 a 5 litros/minuto	UNID.	180			

<ul style="list-style-type: none"> - Pressão de Saída: 5,5 psi. - Peso: 14 a 25 kg. - Nível de ruído típico: 45 a 50 dba. - Nível de Alarme OPI: Baixo (82%) e Muito Baixo (70%); <p>Composto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (um) Cateter de 2 metros e 10 cm de silicone - 1 (um) Umidificador 					
--	--	--	--	--	--

ESTA ALTERAÇÃO AFETA DIRETAMENTE A FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS.
HAVERÁ RECONTAGEM PARA A DATA DO CERTAME, QUE SE REALIZARÁ EM:
25 de Abril de 2016, às 09h00min