

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PROCESSO: PRC 00177-2019 – LICIT.: PREG 00055-2019 – DATA DE ABERTURA: 11/06/2019

O Município de Santa Rita do Sapucaí / MG torna público o Relatório de Análise de Amostras apresentadas ao Processo Licitatório PRC N.º: 177/2019 pelas proponentes classificadas em primeiro lugar para os itens abaixo e, nesta mesma ocasião, CONVOCA OS REPRESENTANTES DEVIDAMENTE CREDENCIADOS DE TODAS AS PROPONENTES PARTICIPANTES para Sessão Pública no dia 08 de Julho de 2019, às 08h10min, onde se oportunizará recurso das decisões tomadas nas diversas análises de amostras. A ausência de representante das proponentes quando da lavratura da Ata daquela Sessão implicará na inteira submissão ao que nela estiver disposto, inclusive na plena e incondicional aceitação dos resultados emitidos no(s) relatório(s) de análise de amostra(s).
E convoca ainda as proponentes cujas amostras foram reprovadas para retirarem seus produtos até o mesmo dia e horário, após o que as amostras que não forem retiradas serão destinadas a uso e consumo.

APROVADAS

ITEM	CÓD.	PRODUTO	UNID.	QTD.	CLASSIFICADA EM 1º LUGAR	MARCA	VALOR	ANÁLISE
6	24893	Luvas de látex para procedimentos não cirúrgicos tam. PP. Caixa com 100 unidades. AMOSTRA	Cxs.	620	MED CENTER COMERCIAL LTDA	MEDIX	R\$ 15,35	Aprovada
14	37896	Esfigmomanômetro aneróide Adulto (aparelho de pressão) é verificado e aprovado pelo INMETRO, possui manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho. Anti impacto, com mecanismo suíço e 5 anos de garantia. AMOSTRA	Caixas	50	MED CENTER COMERCIAL LTDA	DIASYST	R\$ 205,00	Aprovada
15	37897	Esfigmomanômetro aneróide Infantil (aparelho de pressão) é verificado e aprovado pelo INMETRO, possui manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho. Anti impacto, com mecanismo suíço e 5 anos de garantia. AMOSTRA	Caixas	4	MED CENTER COMERCIAL LTDA	DIASYST	R\$ 205,00	Aprovada

Santa Rita do Sapucaí, 01 de Julho de 2019.

Maria de Lourdes Borsato da Cunha
Pregoeira