



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

ERRATA DO EDITAL


PREGÃO ELETRÔNICO N.º 025/2020 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2020

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 072/2020

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" - MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE AMBULATORIAL, LABORATORIAL, ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG.

Modificação: Retificação de descritivo de item.



**1ª MODIFICAÇÃO
(OCORRE NA PÁG. 42)**

Onde se lê:

"BALANÇA ANTROPOMÉTRICA Pediátrica 16 kg, concha anatômica em polipropileno 540 x 300 mm, estrutura em chapa de aço carbono, divisões de 10 g, Pesagem mínima 0,200 gramas, pés reguláveis em borracha sintética, régua em latão cromado, cursor em aço inoxidável, acabamento em tinta poliuretano."

Leia-se:

"BALANÇA ANTROPOMÉTRICA Pediátrica 16 kg, concha anatômica em polipropileno de no mínimo 540 mm x 300 mm, estrutura em chapa de aço carbono, divisões de 10 g, Pesagem mínima 0,200 gramas, pés reguláveis em borracha sintética, régua em latão cromado, cursor em aço inoxidável, acabamento em tinta poliuretano. Homologada pelo INMETRO e aferidas pelo IPEN (necessário enviar comprovações da homologação e do aferimento juntamente com a proposta readequada)."

**2ª MODIFICAÇÃO
(OCORRE NA PÁG. 44)**

Onde se lê:

"BALANÇA ANTR. MECÂNICA ADULTO. Balança antropométrica Mecânica para adulto, altura: 1,35 m, estrutura em aço de chapa carbono, régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio, plataforma de 380 x 290, tapete em borracha antiderrapante."

Leia-se:

"BALANÇA ANTR. MECÂNICA ADULTO. Balança antropométrica Mecânica para adultos, altura mínima: 1,35 m, estrutura em chapa de aço carbono, régua antropométrica com escala de 2,00 m em alumínio, plataforma de no mínimo 380 mm x 290 mm, tapete em borracha antiderrapante. Homologada pelo INMETRO e aferidas pelo IPEN (necessário enviar comprovações da homologação e do aferimento juntamente com a proposta readequada)."

ESSA ALTERAÇÃO AFETA DIRETAMENTE A FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS.

FICA ALTERADA A DATA DO CERTAME PARA 12/08/2020, ÀS 08h30min.

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP: 37540-000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200