



AO ILUSTRÍSSIMO SR. PREGOEIRO,

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 107/2020

REGISTRO DE PREÇOS N.º 105/2020

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 234/2020

RECURSO


A empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.248.312/0001-44, sediado no bairro Chácara Reunidas, no município de São José da Lapa, estado de Minas Gerais, vem por intermédio de seu representante legal, o Sr(a). ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE, portador da carteira de identidade de nº 8.369.215 MG, do CPF nº 872.589.86634, sendo breve em nosso recurso:

A descrição do item solicitada no Edital é:

“TESTE RÁPIDO ANTÍGENO SARS-COV2 Teste Rápido Antígeno SARS-CoV 2 - Teste rápido qualitativo para detecção de antígeno da covid-19 (SARS-CoV-2) pela metodologia de imunocromatografia. Amostra swab de nasofaringe. Resultado em até 15 minutos. Itens obrigatoriamente inclusos no kit: Dispositivo de teste vedado, tubo de diluição do ensaio, tampa de filtrante, haste de algodão esterilizado para coleta de amostra nasofaríngeas e instruções de uso. Sensibilidade: Mínimo 90% Especificidade: Acima 99% IMPRESCINDÍVEL REGISTRO NA ANVISA.”

Ao consultarmos a Bula do Teste vencedor junto a ANVISA: Ficha Técnica: Teste Rápido Antígeno Swab Covid-19 Nutriex Covid-19 Test (Colloidal Gold Method), Nutriex Importação e Exportação de Produtos Nutricionais e Farmoquímicos Ltda. Especificidade Relativa - 97,87% , Sensibilidade Relativa - 88,89%, Precisão - 94,17%.

Verificamos que o mesmo não atende o edital, pois o solicitado é Especificidade de 99,9% e a empresa vencedora oferece Teste com Especificidade de 97,87%, e também a Sensibilidade solicitada é de no mínimo 90% e o oferecido é 88,89%, o que está em desacordo com o Edital. Segue print abaixo:



Sendo assim, pedimos a desclassificação da mesma por não atender o que foi solicitado no Edital.

São José da Lapa, 08 de Fevereiro de 2021.



Representante Legal:
ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE
CPF: 872.589.866-34
RG: MG-8.369.215