



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal Santa Rita do Sapucaí

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO N.º 133/2021

Resultado da Adjudicação

Item:	0001
Descrição:	Locação de Concentradores de Oxigênio: - Alimentação: 120 V 60 HZ - Consumo Elétrico: 350 watts - Pureza de O2 (5 l/min): 93% (+/- 3%) - Capacidade: 0,5 a 5 litros/minuto - Pressão de Saída: 5,5 psi. - Peso: 14kg - Nível de ruído típico: 45 dba - Nível de Alarme OPI: Baixo (82%) e Muito Baixo (70%). - Dimensões - 58cm x 38cm x 24cm (A x L x C). Composto por: - 1 (um) Cateter de 2 metros e 10 cm de silicone - 1 (um) Umidificador
Quantidade:	360
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	487,25
Valor Final:	197,00
Valor Total:	70.920,00
Adjudicado em:	13/01/2022 - 10:59:41
Adjudicado por:	LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
Nome da Empresa:	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME (23.643.895/0001-88)
Modelo:	N/C
Item:	0002
Descrição:	Locação de aparelho médico respiratório para tratamento de Apneia do sono e distúrbios respiratórios com umidificador integrado CPAP. Especificações mínimas do produto: Para utilização em ambiente domiciliar, deve permitir a regulação de pressão inspiratória positiva entre 4 a 20 cmH2O e também regulação da elevação progressiva dos valores de pressão entre 0 até 30 minutos (tempo rápido). Alimentação 127 volts, com troca de filtro a cada 6 meses. Faixa de pressões operacionais (ajuste manual de altitude): 4-20 cm H2O • Faixa de entrada de energia: 110V a 240V CA, 60Hz • Dimensões: C 116 mm x L 255 mm x A 150 mm) • Peso: 1,249 gr • Silencioso e Prático de usar Tela em LCD • Possui controles de umidade. Itens inclusos: • Traquéia 02 metros • Cabo de alimentação • Filtros • Boia de Transporte • Máscara conforme necessidade do paciente.
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	449,75
Valor Final:	90,00
Valor Total:	5.400,00
Adjudicado em:	13/01/2022 - 10:58:59
Adjudicado por:	GISLAINE KARINE DA SILVEIRA
Nome da Empresa:	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA (65.308.835/0001-59)
Modelo:	N/C
Item:	0003
Descrição:	Locação de aparelho médico respiratório para tratamento de Apneia do sono e distúrbios respiratórios BIPAP. Especificações mínimas do produto: Para utilização em ambiente domiciliar, deve permitir a regulação de seis módulos ventilatórios (CPAP, S, ST, T, PAC e Vaps) deve possuir bateria interna com capacidade de 2 horas, fornece pressão de até 40 l/min com fluxo máximo de 175 l/min, suporta frequências respiratórias de 5 a 60 IRPM. Uso adulto e pediátrico Itens inclusos: • Traquéia 02 metros • Cabo de alimentação • Boia de Transporte • Máscara conforme necessidade do paciente
Quantidade:	24
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência:	1.603,88
Valor Final:	840,00
Valor Total:	20.160,00
Adjudicado em:	13/01/2022 - 10:58:59
Adjudicado por:	GISLAINE KARINE DA SILVEIRA
Nome da Empresa:	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA (65.308.835/0001-59)
Modelo:	N/C
Item:	0004
Descrição:	MPE - Locação de Concentradores de Oxigênio: - Alimentação: 120 V 60 HZ - Consumo Elétrico: 350 watts - Pureza de O2 (5 l/min): 93% (+/- 3%) - Capacidade: 0,5 a 5 litros/minuto - Pressão de Saída: 5,5 psi. - Peso: 14kg - Nível de ruído típico: 45 dba - Nível de Alarme OPI: Baixo (82%) e Muito Baixo (70%). - Dimensões - 58cm x 38cm x 24cm (A x L x C). Composto por: - 1 (um) Cateter de 2 metros e 10 cm de silicone - 1 (um) Umidificador
Quantidade:	120
Unidade de Fornecimento:	Serviço



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/01/2022 às 11:00:23.
Código verificador: 1C8076

Página 1 de 2



[Handwritten signature]



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br


Valor Referência	487,25
Valor Final:	197,00
Valor Total:	23.640,00
Adjudicado em:	13/01/2022 - 10:59:41
Adjudicado por:	LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
Nome da Empresa:	SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME (23.643.895/0001-88)
Modelo:	N/C



GISLAINE KARINE DA SILVEIRA
Pregoeiro



LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
Autoridade Competente



Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno

Página 2 de 2



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/01/2022 às 11:00:23.
Código verificador: 1C8076





PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal Santa Rita do Sapucaí

DIVISÃO DE LICITAÇÃO

Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO N.º 133/2021

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	Locação de Concentradores de Oxigênio: - Alimentação: 120 V 60 HZ - Consumo Elétrico: 350 watts - Pureza de O2 (5 l/min): 93% (+/- 3%) - Capacidade: 0,5 a 5 litros/minuto - Pressão de Saída: 5,5 psi. - Peso: 14kg - Nível de ruído típico: 45 dba - Nível de Alarme OPI: Baixo (82%) e Muito Baixo (70%). - Dimensões - 58cm x 38cm x 24cm (A x L x C). Composto por: - 1 (um) Cateter de 2 metros e 10 cm de silicone - 1 (um) Umidificador
Quantidade:	360
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	487,25
Valor Final:	197,00
Valor Total:	70.920,00
Situação:	Homologado em 13/01/2022 10:59:57 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
Nome da Empresa:	SUPERARME EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME
Modelo:	N/C
Item:	0002
Descrição:	Locação de aparelho médico respiratório para tratamento de Apneia do sono e distúrbios respiratórios com umidificador integrado CPAP. Especificações mínimas do produto: Para utilização em ambiente domiciliar, deve permitir a regulação de pressão inspiratória positiva entre 4 a 20 cmH2O e também regulação da elevação progressiva dos valores de pressão entre 0 até 30 minutos (tempo rápido). Alimentação 127 volts, com troca de filtro a cada 6 meses. Faixa de pressões operacionais (ajuste manual de altitude): 4-20 cm H2O • Faixa de entrada de energia: 110V a 240V CA, 60Hz • Dimensões: C 116 mm x L 255 mm x A 150 mm) • Peso: 1,249 gr • Silencioso e Prático de usar Tela em LCD • Possui controles de unidade. Itens Inclusos: • Traquéia 02 metros • Cabo de alimentação • Filtros • Bolsa de Transporte • Máscara conforme necessidade do paciente.
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	449,75
Valor Final:	90,00
Valor Total:	5.400,00
Situação:	Homologado em 13/01/2022 10:59:57 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
Nome da Empresa:	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA
Modelo:	N/C
Item:	0003
Descrição:	Locação de aparelho médico respiratório para tratamento de Apneia do sono e distúrbios respiratórios BIPAP. Especificações mínimas do produto: Para utilização em ambiente domiciliar, deve permitir a regulação de seis módulos ventilatórios (CPAP, S, ST, T, PAC e iVaps) deve possuir bateria interna com capacidade de 2 horas, fornece pressão de até 40 l/min com fluxo máximo de 175 l/min., suporta frequências respiratória de 5 a 60 IRPM. Uso adulto e pediátrico. Itens Inclusos: • Traquéia 02 metros • Cabo de alimentação • Bolsa de Transporte • Máscara conforme necessidade do paciente.
Quantidade:	24
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	1.603,88
Valor Final:	840,00
Valor Total:	20.160,00
Situação:	Homologado em 13/01/2022 10:59:57 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
Nome da Empresa:	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA
Modelo:	N/C
Item:	0004
Descrição:	MPE - Locação de Concentradores de Oxigênio: - Alimentação: 120 V 60 HZ - Consumo Elétrico: 350 watts - Pureza de O2 (5 l/min): 93% (+/- 3%) - Capacidade: 0,5 a 5 litros/minuto - Pressão de Saída: 5,5 psi. - Peso: 14kg. - Nível de ruído típico: 45 dba - Nível de Alarme OPI: Baixo (82%) e Muito Baixo (70%). - Dimensões - 58cm x 38cm x 24cm (A x L x C). Composto por: - 1 (um) Cateter de 2 metros e 10 cm de silicone - 1 (um) Umidificador
Quantidade:	120
Unidade de Fornecimento:	Serviço
Valor Referência	487,25
Valor Final:	197,00
Valor Total:	23.640,00



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/01/2022 às 11:00:27.
Código verificador: 1C8079

Página 1 de 2





PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

Situação: Homologado em 13/01/2022 10:59:57 Por: LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
Nome da Empresa: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALRES LTDA - ME
Modelo: N/C

LUIZ ANTONIO MAGALHÃES
Autoridade Competente

Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno

