



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 058/2023 - REGISTRO DE PREÇOS N.º 058/2023

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 112/2023

TIPO: "MENOR PREÇO POR ITEM" - MODO DE DISPUTA: "ABERTO E FECHADO"

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO S/APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA - CÓDIGO RENEM: 11422, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO SES/MG N.º 8183, DE 06 DE JUNHO DE 2022, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG.

Vistos etc.,

Trata-se de impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico N.º 058/2023, para registro de preços, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO S/APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA - CÓDIGO RENEM: 11422, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO SES/MG N.º 8183, DE 06 DE JUNHO DE 2022, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG**, proveniente do Processo Licitatório N.º 112/2023, protocolizado pela empresa CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, por discordar do item 01 - equipamento de ultrassom diagnóstico, justificando que onde se lê " Faixa dinâmica de no mínimo 230 dB" , deverá ser alterado para " Faixa dinâmica de no mínimo 210 dB" e onde se lê " 1 (um) transdutor setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 e 4.0 MHz, deve ser retirado.

A impugnação em tela refere-se a questão técnica que ultrapassa o conhecimento desta Pregoeira, razão porque encaminho a presente à Secretária de Saúde para que dirimisse os apontamentos feitos pela impugnante, que, em resposta, nos enviou o Ofício N.º 161/2023, em anexo.

Segundo entendimento da Secretária, concernente à Faixa dinâmica, razão assiste ao impugnante, visto que tal alteração não impacta na resolutividade do exame e proporciona maior participação.

Quanto ao Tradutor Setorial, negou provimento à impugnação, visto que a possibilidade de "up grade" para aquisição futura diz respeito aos softwares avançados de cardiologia, tais como strain cardíaco, eco stress e auto EF e o tradutor pleiteado por essa administração é para uso em exames de cardiologia de rotina, com capacidade para funcionar com os softwares padrão.

Diante de todo exposto, julgo **PARCIALMENTE PROCEDENTE** a impugnação protocolizada pela empresa CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, devendo realizar a retificação do item apontado pela impugnante.

Dê ciência ao impugnante de todo teor da decisão em tela.

Santa Rita do Sapucaí, 31 de Outubro de 2023.

Maria de Lourdes Borsato da Cunha
Pregoeira

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

RUA CEL. JOAQUIM NETO, Nº 333 - CENTRO - CNPJ: 18.192.898/0001-02

SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG - CEP 37540-000

FONE: (35) 3471-1911



CÓDIGO DE ACESSO

98997330DF784469940C8FECA8DB5D79

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: MARIA DE LOURDES BORSATO DA CUNHA em 31/10/2023 09:04:18

CPF:***.***-796-15

Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://srsapucaipmflowdocs.sgpcloud.net:8092/public/assinaturas/98997330DF784469940C8FECA8DB5D79>



PREFEITURA

www.pmsrs.mg.gov.br

Ofício n.º: 161/2023.

Assunto: Resposta a Impugnação

Empresa CANON MEDICAL SYSTEEMS DO BRASIL LTDA:

Solicitação: Onde se lê: Faixa dinâmica de no mínimo 230 dB

Alterar para: Faixa dinâmica de no mínimo 210 dB

Pedido Aceito

Justificativa: Será aceito propostas cuja faixa dinâmica seja de no mínimo 210 db. Tal alteração não impacta na resolutividade do exame e proporciona maior participação.

Onde se lê: 1 (um) Tradutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz.

Pedido Negado

Justificativa: A possibilidade de up grade para aquisição futura diz respeito aos softwares avançados de cardiologia, tais como strain cardíaco, eco stress e auto EF.

O transdutor foi solicitado para uso em exames de ecocardiografia de rotina.

Uma vez que o transdutor para cardiologia foi solicitado, o equipamento deve ter capacidade de funcionar com os softwares básicos padrões contemplados para o transdutor em questão.

Os softwares padrões de uso básico e cotidiano para cardiologia estão disponíveis para todos os fornecedores de equipamentos de ultrassom disponíveis no mercado. São eles: modo M anatômico, Doppler pulsado, continua e tecidual.

Recebido 26/10/2023


Rosé Mary Bueno de Paiva Alcântara Cunha

Secretária Municipal de Saúde


Lele Cristiana Casar
Divisão de Licitação
Matrícula Nº 1112-02002

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí - MG

Rua Cel. Joaquim Neto, 333 - Centro - CEP:3754000

Santa Rita do Sapucaí - Minas Gerais - Brasil

Telefone: +55 (35) 3473-3200