

Campinas, 18 de setembro de 2023.

AO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
SANTA RITA DO SAPUCAÍ – MG

PREGAO ELETRONICO Nº 058/2023
REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2023
PROCESSO LICITATORIO PRC Nº 112/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO S/APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA – CÓDIGO RENEM: 11422, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº 8183, DE 06 DE JUNHO DE 2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG.

A empresa **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 46.563.938/0014-35, vem solicitar **revisão do edital** das especificações técnicas Anexo I – Termo de Referência **ITEM 01 – EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM DIAGNÓSTICO**, pelos seguintes motivos:

Ao analisarmos as especificações técnicas verificamos que alguns pontos supostamente restringem e impedem o equilíbrio técnico entre os players, impactando diretamente no aferimento de lances e economicidade ao erário, portanto se faz necessário algumas alterações, para que haja ampla concorrência, economicidade e todos os licitantes possam apresentar suas propostas de forma regular, e primordialmente propiciar a este órgão público a melhor análise de todas, para escolher a mais vantajosa para administração pública.

Alterações:

Onde se lê: Faixa dinâmica de no mínimo 230 dB

→ **Alterar para:** Faixa dinâmica de no mínimo 210 dB

→ **Justificativa:** A faixa dinâmica determina a quantidade de tons de cinza que a imagem possui, 210 dB garantem um padrão excelente de imagem, com 256 tons na escala de cinza.

Os equipamentos de ultrassom atuais possuem diversos softwares de melhoramento de imagem em comparação com equipamentos antigos onde a imagem era mais “pura”, sendo assim podemos afirmar que um equipamento com número inferior de faixa dinâmica pode desempenhar melhor que equipamentos com números mais elevados, justamente pela presença desses softwares. Nossos equipamentos Canon Medical possuem uma das melhores imagens do mercado pela presença do Software Speckle Reduction (redução de ruído/artefato) que diminui o nível de ruído e permite visualizar com clareza e definir pequenas estruturas. Perante isto, afirmamos que a alteração acima não trará nenhum prejuízo ao Órgão.

Onde se lê: 1 (um) Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz.

→ **Alterar para:** [RETIRAR]

→ **Justificativa:** Trata-se de um transdutor setorial que necessita de tecnologias cardíacas para seu funcionamento, onde não foi solicitado nesse descritivo técnico, somente em forma de upgrade futuro. Portanto, a inclusão desse item irá apenas agregar custo ao equipamento, causando prejuízo aos cofres públicos.

DO PEDIDO:

Senhor Pregoeiro, serve a presente para requerer à V.Sas. o pedido de alteração das especificações técnicas acima citado para que possamos participar deste pleito e elaborar nossa proposta em igualdade de condições, propiciando a este órgão Público a análise de outras propostas e a escolha da mais vantajosa.

A Canon Medical possui uma ampla linha de produtos, é fornecedora tradicional no mercado Brasileiro tanto no mercado Público como no Privado e tem todo interesse em participar dos processos licitatórios instaurados por este Órgão.

Nestes Termos,

Pede Deferimento

Atenciosamente,



MARLY SAYURI EISHIMA

GERENTE DE VENDAS PUBLICAS

RG N° 18.157.997-2 SSP/SP

CPF N° 110.896.598-90

46.563.938/0014-35

CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA

Av. Pierre Simon DE Laplace, 965

Techno Park - CEP 13069-320

CAMPINAS - SP